

導入年度	R 6 年度	設備名	食器洗浄試験機			
メーカー	(株)マルゼン	型 式	MDK8E	設置室	繊維加工実験室（２）	

《 概 要 》

皿・カップ・トレイ・箸・弁当箱といった食器類の耐洗浄性を評価するため、業務用の食器洗浄機に指定回数繰り返し洗浄する機能を有する装置です。

《 装置外観 》



装置全体図



万能ラック
(7ピン×7ピン)

カップ用ラック
(5マス×5マス)

フリーラック

洗浄ラック

《 仕 様 》

- ・ 洗浄水：約 65℃、すすぎ水温度：約 80℃
- ・ 連続洗浄回数：1 回以上で任意の設定可能
- ・ 洗剤、リンス剤が自動供給
- ・ 洗浄スペース：W504mm×D504mm×H360mm（ラック内寸：約 W460mm×D460mm）

《 用途例 》

- ・ プラスチック製食器や漆器類の変色や変形
- ・ 塗膜剥がれの評価

