

導入年度	H 1 5 年	設備名	安定化電源		
メーカー	(株)高砂製作所	型 式	AA2000XG	設置室	開放試験室(電子)

《 概 要 》

機器の電源周波数変化に対する動作状況を調べ、電子機器の一般電源として使用する機器

《 装置外観 》



《 仕 様 》

交流出力電圧：0-300Vrms、直流出力電圧：0-400V、単相出力電力：2kVA、出力周波数：5～500Hz

《用途例》

- ・機器の単相交流電源
- ・機器の直流電源
- ・電源周波数変化による機器の誤動作の確認